n°: 15.

Le soussigné Nommé Commissaire pour
Examiner un Brayer presenté à l'academie
par Monsieur Caussar arquebusier de paris.

Ce Brayer est composé d'une Ceinture de
Cuir de vache Couverte de Chamois,
terminée par une de ses extremités d'une
plotte d'ivoire en forme d'ecusson et bombée
du Coté qui doit porter sur la peau. Du Coté
opposé elle est Creusée dans presque toute sa
surface de la profondeur de quatre ou Cinq
lignes. Dans le Centre on remarque un ecrou
qui reçoit une vis d'ivoire pour assujetir un
ressort a Boudin par une de ses extremités,
Composé d'un gros fil de fer, fort elastique.

L'autre extremité perce la surface interne
d'une plaque de Cuivre mince, presque de la
même etendüe de la plotte; ~~Cette extremité~~ qui est
rivée très solidement a sa surface externe. On
remarque encore a l'exterieur de la plaque
deux boutons plats très polis.

ARC 33d 5 n°2
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

L'autre extremité dela Ceinture est terminée par deux Courroyes aubout desquelles, il y a deux autres petites plaques de Cuivre allongée, percée, percées aleurs extremités pour recevoir et etre assujetties, ainsi que le sousmiste, aux deux boutons que Nous avons remarqué ala surface externe de la plaque.

Ce Brayer est le même que M.r Fauvel fabriquoit a l'imitation de celui ~~que de~~ ~~fabriquoit~~ M.r Rosa, ala verité plus perfectionné. M.r Caussar a convenu en presence de M.r Fauvel que l'idée de L'application du Ressort et de la plaque est düe a M.r Fauvel et a lui l'execution, et qu'en le presentant a l'academie il n'a point eu d'autre vüe que de se faire connoitre pour un artiste Capable de bien faire les Ressorts et toutes les Machines qui pourroient etre utiles ala Chirurgie.

M.r Fauvel pour eviter la depense de la plaque en Cuivre que M.r Caussar a executé pour son usage, la fait ou avec le même

Morceau d'ivoire de la pelotte en le fixant au dessus. Mais elle est plus volumineuse et paroit moins comode.

Ce Brayer ainsi construit, empeche le deplacement de la pelotte dans les differentes inflections du corps, et consequemment la sortie de la descente. Mais je ne crois pas qu'il les contienne si bien que ceux qui sont faits avec une ceinture de fer. Il sera neamoins fort utile aux personnes qui ne peuvent pas s'assujetir a porter ceux de fer, comme etant plus comode et moins genant.

Laffitte

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE